

Grabica, dnia 29 czerwca 2018 r.

**WSZYSZY WYKONAWCY**

**ubiegający się o udzielenie zamówienia**

**ZP.271.4.6.2018**

**Wyjaśnienia  
do zapytania ofertowego**

Zamawiający, Urząd Gminy w Grabicy udziela wyjaśnień do Zapytania ofertowego Nr 6 pn. „Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa”:

**Pytanie Nr 1:**

*Z uwagi na to, że przedmiot zamówienia podlega przepisom ustawy o wyrobach medycznych i obligatoryjne jest zgłoszenie zestawu ratowniczego R1 do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych prosimy o wyjaśnienie czy na potwierdzenie dopuszczenia wyrobu do obrotu Zamawiający wymaga przedłożenia zgłoszenia w/w zestawu do Rejestracji Wyrobów Medycznych do oferty przetargowej.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga przedłożenia zgłoszenia w/w zestawu do Rejestracji Wyrobów Medycznych.

**Pytanie Nr 2:**

*Czy Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia spełniał minimalne wymagania określone w Zasadach Organizacji Ratownictwa Medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym z lipca 2013 r.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia spełniał minimalne wymagania określone w Zasadach Organizacji Ratownictwa Medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym z lipca 2013 r.

**Pytanie Nr 3:**

*Minimalne wymagania KSRG określa podstawowy rodzaj asortymentu do wyposażenia zestawu R1.*

*Czy Zamawiający, mając na uwadze ekonomię użytkowania wymaga, aby wyposażenie było wielorazowego użytku.*

**Odpowiedź:**

Wyposażenie powinno być wielokrotnego użytku.

WÓJT  
*mgr inż. Krzysztof Kuliński*